

Městský úřad Dobruška
odbor dopravy a správy vnitřních věcí
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

Sp. zn.: MUD 9234/2022 ODSVV/BC-2
Čj.: PDMUD 38287/2022 Mgr. M. D.
Váš dopis zn.
Ze dne: 08.06.2022
Vyřizuje: Ing. Blanka Coufalová
Tel.: 494 629 523
E-mail: b.coufalova@mestodobruska.cz
Počet listů/počet příloh: 1/1
Počet listů příloh: 2

Datum vyhotovení: 20.06.2022

Sdělení k žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dne 08.06.2022 jsme prostřednictvím datové schránky obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádáte o dokument č.j. PDMUD 17479/2022 a dokument č.j. PDMUD 31423/2022.

Požadované dokumenty poskytujeme.

S pozdravem

Ing. Blanka Coufalová, v. r.
vedoucí odboru dopravy a správy vnitřních věcí

přílohy:
č.j. PDMUD 17479/2022
č.j. PDMUD 31423/2022



SPRÁVA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
příspěvková organizace
Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí,
500 02 Hradec Králové

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.: SSKHK/SS/5171/2022
Vyřizuje:
Mobil: 725 549 408
E-mail: amatejovsky@sskhk.cz
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Datum: 24.3. 2022

Městský úřad Dobruška
Odbor dopravy a správy vnitřních věcí
Nám F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Ing. Miloš Slanař

Věc: sdělení k prověření oznámení o přestupku na křižovatce silnic II/298 s ulicí Mělčanská, k.ú. Dobruška.

Vážený pane, Ing. Slanaři,
ohledně výše uvedeného prověření sděluji následující:

- Jelikož shora uvedený úsek je označen DZ IZ4a a IZ4b (Dobruška) je v tomto úseku stanovená rychlost 50km/h.
- Shora uvedený úsek v uvedenou dobu rozhodně nebyl označen DZ B20a.
(v našem případě rychlost v úsecích snižujeme, než – li naopak zrychlujeme)

S pozdravem

Aleš Matějovský

inspektor silniční sítě cestmistrovství
Dobruška

Správa silnic Královéhradeckého kraje
příspěvková organizace, Na Okrouhlíku 1371/30
500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí
IČO: 709 47 996 (37)

Aleš Matějovský
Matějovský
Digitálně podepsal
Aleš Matějovský
Datum: 2022.03.24
11:23:19 +01'00'

Městský úřad Dobruška
odbor dopravy a správy vnitřních věcí
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

Sp.zn.: MUD 7607/2021 ODSVV/VK – 26
Č.j.: PDMUD 16461/2022

V Brně dne 15.03.2022

Věc: Žádost o vyjádření potřebného k prověření oznámení o přestupku

Ve věci „**Žádost o vyjádření potřebného k prověření oznámení o přestupku**“ s č.j. PDMUD 16461/2022, můžeme jakožto výrobce zmiňovaného rychloměru UnicomSPEED-R, výr. č. CAM20000452, konstatovat následující:

Uvedený typ rychloměru UnicomSPEED-R byl typově schválen Českým metrologickým institutem. Certifikát o provedení typové zkoušky č. TCM 162/19-5632 (dále certifikát) je volně k dispozici na webových stránkách ČMI.

Certifikát mimo jiné potvrzuje, že uvedený rychloměr splňuje požadavky uvedené v opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C005-09 vydaném Českým metrologickým institutem (dále OOP) rovněž volně k dispozici na webových stránkách ČMI.

K bodům a) až e) uvádíme následující: V certifikátu uvedená hodnota rozsah provozních teplot, specifikuje teplotu okolního vzduchu, jak je patrné z OOP článek 2.2 Stanovené pracovní podmínky a článku 5.5.2.2. Zkouška odolnosti pracovním teplotám. Mimo uvedený rozsah teploty okolí se zařízení samočinně vypne. Splnění těchto požadavků potvrzuje certifikát. Dále se v OOP kapitola 3.1.3 specifikující údaje, které musí být v dokumentaci přestupku uvedeny a ani žádná jiná norma, neukládá povinnost hodnotu teploty okolí ani zařízení, nebo jeho části v přestupkové dokumentaci uvádět. Shledáváme tedy tyto námítky jako zcela neopodstatněné.

K bodu f) uvádíme následující: V OOP článek 3.4 Napájecí napětí jsou specifikovány požadavky na rychloměr zajišťující správnost měření. Jejich splnění potvrzuje certifikát. Dále v OOP kapitola 3.1.3 jsou specifikovány údaje, které musí být v dokumentaci přestupku uvedeny a ani žádná jiná norma neukládá povinnost hodnotu napájecího napětí v přestupkové dokumentaci uvádět. Shledáváme tedy tuto námítku jako zcela neopodstatněnou.

K bodu g) uvádíme následující: Předepsaná údržba souvisí s metrologickými vlastnostmi rychloměru a tedy validitě přestupků pouze v bodě č. 10 Metrologické ověření MOR. Dokladem o provedení je Ověřovací list. Bod č. 8 vychází z jiných zákonných norem, avšak nemá vliv na metrologické vlastnosti rychloměru a tedy validitu přestupků. Ostatní body rovněž nemají vliv na metrologické vlastnosti rychloměru, neboť souvisí pouze s preventivní činností zajišťující splnění deklarované životnosti zařízení, obrazové kvality dokumentace a platnosti záruky. Termíny, ani rozsah plnění těchto servisních úkonů (mimo bod č. 10) nemá jakýkoli vliv na platnost přestupků zadokumentovaných tímto rychloměrem.

S pozdravem Leoš Kučera
Mobil: +420 605 279 128
e-mail: l.kucera@camea.cz